

「グルカゴン」 検査一時中断のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目の試薬販売会社より、国内品質基準検査が不適合となったため納品に遅延が生じており、その原因については海外製造元と協力し確認中であるとの連絡がありました。

弊社といたしましては、品質面に問題がないことを確認するまで、やむを得ず検査受託を一時中止させていただきます。

誠に突然のことであり、先生方にはたいへんご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

● 3526 グルカゴン

項目コード	検査項目	備考
3526	グルカゴン	代替項目 3850 膝グルカゴン(ELISA)

* 検査再開の時期につきましては、改めてご案内させていただきます。

検査中断期日

● 令和元年 6 月 11 日(火)