

「アルドステロン(尿)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

- 559 アルドステロン(尿)

変更期日

- 令和4年3月31日(木)受付日分より

●アルドステロン(尿)

変更内容

変更内容	新	旧	検査案内 掲載頁
検査方法	CLEIA	同左	P.42
検体量	蓄尿 2mL ^{*1,2} [容器番号:28番]	蓄尿 2mL ^{*3,4} [容器番号:同左]	
保存方法	凍結	同左	
基準値(単位)	1.0~19.3 (μg/day)	10 以下 (μg/day)	
報告桁数	小数1位、有効3桁	同左	
所要日数	4~6日	同左	
検査実施料/判断料	125点/144点(生化学的検査(Ⅱ)判断料)	同左	
備考	*1: 蓄尿時は冷暗所に保管してください。 (塩酸およびC-ペプチド安定化剤は使用 しないでください) *2: 検体提出時は凍結してご提出ください。	*3: 蓄尿時は冷暗所に保管してください。 (保存剤による影響はありません) *4: 検体提出時は凍結してご提出ください。	

LSI メディエンス検討データ

●相関図

