

膣トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム同時核酸検出 受託開始のお知らせ

謹啓 時下益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、新規の検査項目として膣トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム同時核酸検出の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

今後も、ご要望に広くお応えすべく研鑽を重ね、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。

謹白

記

新規検査項目

● 膣トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム同時核酸検出

項目コード	検査項目名	基準値	検査方法	検査材料	採取方法 提出容器	保存方法	所要日数	実施料 判断料
4959	TV/MG同時核酸検出 膣トリコモナス マイコプラズマ・ジェニタリウム	陰性 陰性	リアルタイム PCR法	初尿 ぬぐい液	検体採取方法に 準ずる 容器 No. 67	冷蔵	2~3	350点 微生物

※ 淋菌核酸検出、クラミジアトラコマチス核酸検出および淋菌・クラミジアトラコマチス同時核酸検出と重複依頼は可能です。

備考: 検査材料に大量の血液が混入した場合は、検査不能となる場合があります。

尿検体は最後の排尿から1時間以上経過後に採取してください。

膣トリコモナス核酸及びマイコプラズマ・ジェニタリウム同時核酸検出は、リアルタイムPCR法により、膣トリコモナス感染症を疑う患者であって、鏡検が陰性又は実施できないもの若しくはマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して治療法選択のために実施した場合及び膣トリコモナス感染症又はマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して治療効果判定のために実施した場合に、本区分の「10」HPV核酸検出の所定点数を準用して算定する。

受託開始日

- 令和4年10月3日(月)受付分より

